

出货检验报告单

产品名称	真空式过滤器	货 号	BLA01K0001	产品批号	05122023
品牌名称	碳基生命	材 料	PS	批量数量	12
检验项目	标 准			检验结果	判 定
1	外观	产品表面清洁, 无灰尘、脏污及昆虫等;		符合要求	合格
		黑点或杂质符合要求;		符合要求	合格
		上杯与连接器焊接牢固, 不得出现轻掰易掉的现象; 过滤膜、吸嘴滤芯和密封垫片不得缺失;		符合要求	合格
2	性能	过滤膜与连接器经过热焊而紧密贴合, 不得有被吹起现象; 不得出现虚焊、漏焊、错位和重焊;		符合要求	合格
		连接器与上杯经过超声波焊接, 不得出现虚焊易掉的现象			
		在-30KPa 负压环境下, 接收瓶在不得出现破裂现象, 过滤膜不得出现破损现象			
3	尺寸	尺寸符合图纸要求		符合要求	合格
4	包装	外箱整洁, 内包装无破损或脏污		符合要求	合格
		标识正确、清晰		符合要求	合格
5	辐照灭菌	无菌保障水平 SAL 达到 10^{-6}		符合要求	合格
检验结论: ☒ 合格 ☐ 不合格					

注: 在检验结论为合格时, 准予出厂。

检验者: 陈华丽

日期: 2024年09月12日

复核者: 万洁玲

日期: 2024年09月12日

