

出货检验报告单

产品名称		真空式过滤器	货 号	BLA01K0002	产品批号	09102024
品牌名称		碳基生命	材 料	PS	批量数量	12
检验项目		标 准			检验结果	判 定
1	外观	产品表面清洁，无灰尘、脏污及昆虫等；			符合要求	合格
		黑点或杂质符合要求；			符合要求	合格
		上杯与连接器焊接牢固，不得出现轻掰易掉的现象； 过滤膜、吸嘴滤芯和密封垫片不得缺失；			符合要求	合格
2	性能	过滤膜与连接器经过热焊而紧密贴合，不得有被吹起现象；不得出现虚焊、漏焊、错位和重焊；			符合要求	合格
		连接器与上杯经过超声波焊接，不得出现虚焊易掉的现象				
		在-30KPa 负压环境下，接收瓶在不得出现破裂现象，过滤膜不得出现破损现象				
3	尺寸	尺寸符合图纸要求			符合要求	合格
4	包装	外箱整洁，内包装无破损或脏污			符合要求	合格
		标识正确、清晰			符合要求	合格
5	辐照灭菌	无菌保障水平 SAL 达到 10^{-6}			符合要求	合格
检验结论： ☒ 合格 ☐ 不合格						

注：在检验结论为合格时，准予出厂。

检验者：陈华丽 日期：2024年10月11日
 复核者：万海瑞 日期：2024年10月11日

