

出货检验报告单

产品名称	一次性移液吸头	货 号	BLA02A0014	产品批号	08212025			
品牌名称	碳基生命	材 料	PP	批量数量	24000			
检验项目	标 准			检验结果	判 定			
1	外观	吸头无明显裂痕、破损;		符合要求	合格			
		无明显弯曲变形; 表面光洁、完整; 颜色无明显偏差;		符合要求	合格			
		无油污或外来异物 (蚊虫或毛发等)		符合要求	合格			
2	性能	吸头中心通畅, 便于液体吸排; 与移液枪配合紧密牢固, 不得过紧或过松;		符合要求	合格			
3	尺寸	尺寸符合图纸要求		符合要求	合格			
4	包装	外箱整洁, 内包装无破损		符合要求	合格			
		标识正确、清晰		符合要求	合格			
结论:								
☒合格 ☐不合格								

注: 在检验结论为合格时, 准予出厂。

检验者: 陈华丽

复核者: 陈清玲

