

## 出货检验报告单

|      |          |      |              |                  |
|------|----------|------|--------------|------------------|
| 品牌名称 | 碳基生命     | 产品名称 | 0.6mL锥底微量离心管 | 货号<br>BLA02E0011 |
| 产品批号 | 07624039 | 生产日期 | 2024.03.16   |                  |

| 序号                                                                           | 检测项目    | 检验内容/检验依据          | 检验结果 |
|------------------------------------------------------------------------------|---------|--------------------|------|
| 1                                                                            | 外观      | 黑点、气泡、拉痕等          | 符合要求 |
| 2                                                                            | 尺寸      | 符合图纸规格             | 符合要求 |
| 3                                                                            | 沸腾测试    | 100摄氏度保持20分钟，无产品弹开 | 符合要求 |
| 4                                                                            | 包装      | 包材、数量正确、包装完好       | 符合要求 |
| 5                                                                            | 离心力测试   | 14000RCF, 20min    | 符合要求 |
| 6                                                                            | 内毒素检测   | 《细菌内毒素检验规范》        | 符合要求 |
| 7                                                                            | Rnase检测 | 《核酸酶检验规范》          | 符合要求 |
| 8                                                                            | Dnase检测 | 《核酸酶检验规范》          | 符合要求 |
| 9                                                                            | 浸出物测试   | 《浸出物检验规范》          | 符合要求 |
| 10                                                                           | 初始污染菌测试 | 《初始污染菌检验规范》        | 符合要求 |
| 备注：本次检测结果仅对客户所需当前批次负责。                                                       |         |                    |      |
| 检验结论：<br><input checked="" type="checkbox"/> 合格 <input type="checkbox"/> 不合格 |         |                    |      |

注：在检验结论为合格时，准予出厂。

检验者：陈华丽 日期：2024年03月19日

复核者：万海玲 日期：2024年03月19日