

产品检验报告

基本信息			
名称	淋巴细胞分离液	规格	200ml/瓶
批号	SMED2411002	货号	BLB01F0004
生产日期	2024. 11. 07	储存条件	4~30℃，避光保存
有效期至	2026. 11. 06	检测依据	中国药典&碳基企业内部标准
检测项目			
项目	检验标准		结果
外观	应为无色或淡黄色透明液体，不得有沉淀、颗粒或絮状物		符合规定
可见异物	应无可见异物		符合规定
装量	不低于标示值		符合规定
PH	应 5.0~8.0 之间		6.5
密度	应在 1.076~1.078g/ml 之间		1.077g/ml
细菌内毒素	应 < 0.5EU/ml		< 0.5EU/ml
渗透压	应在 280~320mOsm/kg 之间		299mOsm/kg
无菌	不得有菌生长		未长菌
结论	本品按照中国药典&碳基生命企业内部标准检测，结果符合规定		

报告人：陈华丽

报告日期：2024.12.09

审批人：万诗琦

审批日期：2024.12.09

