

出货检验报告单

产品名称	60mm 细胞培养皿	规格	BLA01B0002	产品批号	08162024
生产日期	2024.08.16	产品有效期	2027.08.16	批量数量 (pcs)	1000
检验项目	标 准 要 求				结 果
1	外观	缺胶/缩水: 培养皿底和面盖均无色透明, 无明显缩水变形、无裂痕或缺口, 有效培养面内无划伤;			符合
		飞边/气泡: 1、培养皿培养面处无气泡; 其它区域气泡直径 $\leq 0.5\text{mm}$, $N \leq 3$; 2、飞边: 进胶口处光滑平整, 无明显飞边或毛刺; 飞边 $\leq 0.3\text{mm}$ 可接受			符合
		色点: 1: 培养面无任何大小黑点杂质; 2: 非有效培养面色点直径 $\leq 0.5\text{mm}$, $N \leq 1$;			符合
2	清洁度	不得有可以动的异物, 如灰尘、油污、纤维等			符合
3	尺寸	尺寸要求及允许公差见图纸			符合
4	物理性能	配合效果: 底板与面板配合良好, 以配合后能轻松取下面板为准			符合
		平皿放置在平整台面平整无缝隙			符合
		经过 TC 处理的瓶体培养面处具有亲水性, 水滴成平铺状; 接触角测试: TC 处理后, 接触角不超过 42°			符合
5	生物性能	辐照灭菌, 无菌水平: $\text{SAL } 10^{-6}$			符合
		无热原; 细菌内毒素 $\leq 0.5\text{EU/ml}$			符合
		DNase 和 RNase 不得检出			符合
6	包装	包装无破损, 污染或者其他明显的外观缺陷; 无漏装, 混装或错装。			符合
		标签印刷清晰, 粘贴在规定位置; 标签信息正确, 且与产品相符。			符合
检验结论: ☒ 合格 ☐ 不合格					

检验者: lmz 日期: 2024 年 08 月 30 日

复核者: 陈华丽 日期: 2024 年 08 月 30 日

