

## 出货检验报告单

|                                                                                                                                  |              |                                                                                                                             |              |            |          |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|------------|----------|
| 产品名称                                                                                                                             | 100mm 细胞培养皿  | 规格                                                                                                                          | BLA01B0003   | 产品批号       | 08162024 |
| 生产日期                                                                                                                             | 2024. 08. 16 | 产品有效期                                                                                                                       | 2027. 08. 16 | 批量数量 (pcs) | 600      |
| 检验项目                                                                                                                             | 标准 要求        |                                                                                                                             |              |            | 结果       |
| 1                                                                                                                                | 外观           | 缺胶/缩水:<br>培养皿底和面盖均无色透明, 无明显缩水变形、无裂痕或缺口, 有效培养面内无划伤;                                                                          |              |            | 符合       |
|                                                                                                                                  |              | 飞边/气泡:<br>1、培养皿培养面处无气泡; 其它区域气泡直径 $\leq 0.5\text{mm}$ , $N \leq 3$ ;<br>2、飞边: 进胶口处光滑平整, 无明显飞边或毛刺; 飞边 $\leq 0.3\text{mm}$ 可接受 |              |            | 符合       |
|                                                                                                                                  |              | 色点:<br>1: 培养面无任何大小黑点杂质;<br>2: 非有效培养面色点直径 $\leq 0.5\text{mm}$ , $N \leq 1$ ;                                                 |              |            | 符合       |
| 2                                                                                                                                | 清洁度          | 不得有可以动的异物, 如灰尘、油污、纤维等                                                                                                       |              |            | 符合       |
| 3                                                                                                                                | 尺寸           | 尺寸要求及允许公差见图纸                                                                                                                |              |            | 符合       |
| 4                                                                                                                                | 物理性能         | 配合效果: 底板与面板配合良好, 以配合后能轻松取下面板为准<br>平皿放置在平整台面平整无缝隙                                                                            |              |            | 符合       |
|                                                                                                                                  |              | 经过 TC 处理的瓶体培养面处具有亲水性, 水滴成平铺状;                                                                                               |              |            | 符合       |
|                                                                                                                                  |              | 接触角测试: TC 处理后, 接触角不超过 $42^\circ$                                                                                            |              |            | 符合       |
| 5                                                                                                                                | 生物性能         | 辐照灭菌, 无菌水平: $\text{SAL } 10^{-6}$                                                                                           |              |            | 符合       |
|                                                                                                                                  |              | 无热原: 细菌内毒素 $\leq 0.5\text{EU/ml}$                                                                                           |              |            | 符合       |
|                                                                                                                                  |              | DNase 和 RNase 不得检出                                                                                                          |              |            | 符合       |
| 6                                                                                                                                | 包装           | 包装无破损, 污染或者其他明显的外观缺陷; 无漏装, 混装或错装。                                                                                           |              |            | 符合       |
|                                                                                                                                  |              | 标签印刷清晰, 粘贴在规定位置;<br>标签信息正确, 且与产品相符。                                                                                         |              |            | 符合       |
| 检验结论: <div style="text-align: center;"> <input checked="" type="checkbox"/> 合格         <input type="checkbox"/> 不合格       </div> |              |                                                                                                                             |              |            |          |

检验者: mm/v 日期: 2024 年 08 月 30 日

复核者: 陈华丽 日期: 2024 年 08 月 30 日

