

出货检验报告单

产品名称	24 孔细胞培养板	规格	BLA01C0003	产品批号	08162024
生产日期	2024. 08. 16	产品有效期	2027. 08. 16	批量数量 (pcs)	250
检验项目	标 准 要 求				结 果
1	外观	培养板底板和面板均无色透明, 无明显缩水变形、无裂痕或缺口, 有效培养面内无划伤;			符合
		长胶口, 刮毛的不接受, 不刮毛的长胶口不超过 0.1mm 可接受;			符合
		气泡: 孔底不允许有气泡, 非孔底其它区域允许有不超过 2.5mm 的气泡;			符合
		胶口拉丝: 小于 1.5mm 接受, 反之拒收;			符合
		黑点/杂质: 孔底不允许, 每个孔的侧壁不能超过 2 个 0.5mm 的点; 盖子顶部允许有 1 个不超过 0.5mm ² 的点, 小于 0.2mm 的点不超过 4 个;			符合
2	清洁度	不得有可以动的异物, 如灰尘、油污、纤维等			符合
3	尺寸	尺寸要求及允许公差见图纸			符合
4	物理性能	配合效果: 底板与面板配合良好, 以配合后能轻松取下面板为准; 平板放置在平整台面平整无缝隙			符合
		亲水性测试: 用蒸汽仪喷雾在产品处理面, 水气凝结成鱼鳞片状;			符合
		接触角测试: TC 处理后, 接触角不超过 42°			符合
5	生物性能	辐照灭菌, 无菌水平: SAL 10 ⁻⁶			符合
		无热原; 细菌内毒素 ≤ 0.25EU/ml			符合
		DNase 和 RNase 不得检出			符合
6	包装	包装无破损, 污染或者其他明显的外观缺陷; 无漏装, 混装或错装。			符合
		标签印刷清晰, 粘贴在规定位置; 标签信息正确, 且与产品相符。			符合
检验结论: ☒ 合格 ☐ 不合格					

检验者: 胡 日期: 2024 年 08 月 30 日

复核者: 陈华丽 日期: 2024 年 08 月 30 日

