

出货检验报告单

品牌名称	碳基生命	产品名称/规格	5ML 血清移液管	货号	BLA02C0003
产品批号	08072024	产品有效期	08072028	批量数量 (pcs)	3600
检验项目	标准要 求				结 果
1	外观	表面应光洁，平整不变形，无明显黑点；			符合
		表面无划痕劣迹、披锋、料花、杂料、油污、气泡、碎屑和飞边；			符合
		表面无指感留痕，结合线、划痕，点状允许<3个；			符合
		管体均匀，不得明显弯曲，在平整的平面上，弯曲度不得超过1mm；			符合
2	印刷	印刷刻度清晰，无缺线或断线；无明显缺印或油墨不均；无数字或字母印刷残缺不影响可读性、可识别；刻度线间距均匀；			符合
		滤芯应在相应位置，无脱落；			符合
3	容量	容量刻度线误差在±3%以内			符合
4	清洁度	产品内外表面无油污、脏污，灰尘、异物			符合
5	性能	管路通畅，无堵塞和漏液现象			符合
6	纸塑包装	热封牢固，无虚封或热封过牢，热封处不得有可穿孔的缝隙；			符合
		撕口处 10mm≤长度≤12mm 且不得有粘连，包装纸上相关信息印刷清晰可辨；内容与产品相符；			符合
7	生物性能	辐照灭菌，无菌保障水平：SAL 10 ⁻⁶			符合
		无热原；细菌内毒素≤0.25EU/ml			符合
		DNase 和 RNase 不得检出			符合
8	包装	包装无破损，污染或者其他明显的外观缺陷			符合
		印刷清楚正确，标签信息内容无误，按规定贴在相应的位置			符合
		产品与实际相符，无漏装，混装或错装			符合
检验结论： ☒ 合格 ☐ 不合格					

注：在检验结论为合格时，准予出厂。

检验者：taz/h 日期：2024 年 08 月 30 日

复核者：陈华丽 日期：2024 年 08 月 30 日

