

## 出货检验报告单

|                                                                              |          |                                                        |           |            |            |
|------------------------------------------------------------------------------|----------|--------------------------------------------------------|-----------|------------|------------|
| 品牌名称                                                                         | 碳基生命     | 产品名称/规格                                                | 1ML 血清移液管 | 货号         | BLA02C0001 |
| 产品批号                                                                         | 08052024 | 产品有效期                                                  | 08052028  | 批量数量 (pcs) | 4000       |
| 检验项目                                                                         | 标准 要 求   |                                                        |           |            | 结 果        |
| 1                                                                            | 外观       | 表面应光洁，平整不变形，无明显黑点；                                     |           |            | 符合         |
|                                                                              |          | 表面无划痕劣迹、披锋、料花、杂料、油污、气泡、碎屑和飞边；                          |           |            | 符合         |
|                                                                              |          | 表面无指感留痕，结合线、划痕，点状允许<3个；                                |           |            | 符合         |
|                                                                              |          | 管体均匀，不得明显弯曲，在平整的平面上，弯曲度不得超过1mm；                        |           |            | 符合         |
| 2                                                                            | 印刷       | 印刷刻度清晰，无缺线或断线；无明显缺印或油墨不均；无数字或字母印刷残缺不影响可读性、可识别；刻度线间距均匀； |           |            | 符合         |
|                                                                              |          | 滤芯应在相应位置，无脱落；                                          |           |            | 符合         |
| 3                                                                            | 容量       | 容量刻度线误差在±3%以内                                          |           |            | 符合         |
| 4                                                                            | 清洁度      | 产品内外表面无油污、脏污，灰尘、异物                                     |           |            | 符合         |
| 5                                                                            | 性能       | 管路通畅，无堵塞和漏液现象                                          |           |            | 符合         |
| 6                                                                            | 纸塑包装     | 热封牢固，无虚封或热封过牢，热封处不得有可穿孔的缝隙；                            |           |            | 符合         |
|                                                                              |          | 撕口处10mm≤长度≤12mm且不得有粘连，包装纸上相关信息印刷清晰可辨；内容与产品相符；          |           |            | 符合         |
| 7                                                                            | 生物性能     | 辐照灭菌，无菌保障水平：SAL 10 <sup>-6</sup>                       |           |            | 符合         |
|                                                                              |          | 无热原；细菌内毒素≤0.25EU/ml                                    |           |            | 符合         |
|                                                                              |          | DNase 和 RNase 不得检出                                     |           |            | 符合         |
| 8                                                                            | 包装       | 包装无破损，污染或者其他明显的外观缺陷                                    |           |            | 符合         |
|                                                                              |          | 印刷清楚正确，标签信息内容无误，按规定贴在相应的位置                             |           |            | 符合         |
|                                                                              |          | 产品与实际相符，无漏装，混装或错装                                      |           |            | 符合         |
| 检验结论：<br><input checked="" type="checkbox"/> 合格 <input type="checkbox"/> 不合格 |          |                                                        |           |            |            |

注：在检验结论为合格时，准予出厂。

检验者：王华 日期：2024 年 08 月 30 日

复核者：陈华丽 日期：2024 年 08 月 30 日

