

# 出货检验报告单

|                                                                                                  |         |                                         |            |      |          |  |  |  |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|-----------------------------------------|------------|------|----------|--|--|--|
| 产品名称                                                                                             | 一次性移液吸头 | 货 号                                     | BLA02A0007 | 产品批号 | 08222024 |  |  |  |
| 品牌名称                                                                                             | 碳基生命    | 材 料                                     | PP         | 批量数量 | 25000    |  |  |  |
| 检验项目                                                                                             | 标 准     |                                         |            | 检验结果 | 判 定      |  |  |  |
| 1                                                                                                | 外观      | 吸头无明显裂痕、破损;                             |            | 符合要求 | 合格       |  |  |  |
|                                                                                                  |         | 无明显弯曲变形; 表面光洁、完整; 颜色无明显偏差;              |            | 符合要求 | 合格       |  |  |  |
|                                                                                                  |         | 无油污或外来异物 (蚊虫或毛发等)                       |            | 符合要求 | 合格       |  |  |  |
| 2                                                                                                | 性能      | 吸头中心通畅, 便于液体吸排;<br>与移液枪配合紧密牢固, 不得过紧或过松; |            | 符合要求 | 合格       |  |  |  |
| 3                                                                                                | 尺寸      | 尺寸符合图纸要求                                |            | 符合要求 | 合格       |  |  |  |
| 4                                                                                                | 包装      | 外箱整洁, 内包装无破损                            |            | 符合要求 | 合格       |  |  |  |
|                                                                                                  |         | 标识正确、清晰                                 |            | 符合要求 | 合格       |  |  |  |
| 结论:                                                                                              |         |                                         |            |      |          |  |  |  |
| <div> <input checked="" type="checkbox"/>合格           <input type="checkbox"/>不合格         </div> |         |                                         |            |      |          |  |  |  |

注: 在检验结论为合格时, 准予出厂。

检验者:  日期: 2024年08月30日  
 复核者:  日期: 2024年08月30日

