

产品名称：脐带间充质干细胞无血清培养基		规格：500ml/瓶
货号：BLB01B0001		批号：25042301
数量：513 瓶		保存条件：2℃~8℃，避光保存
检验日期：2025 年 04 月 23 日		报告日期：2025 年 05 月 08 日
有效期至：2026 年 04 月 22 日		生产厂家：碳基生命科技（广州）有限公司
检验依据：脐带间充质干细胞无血清培养基企业内控质量标准		
检验项目	标准规定	检验结果
性状	淡黄色的澄明液体	淡黄色的澄明液体
pH 值	7.0~7.6	7.1
渗透压摩尔浓度	290mOsmol/kg~330mOsmol/kg	320mOsmol/kg
细菌内毒素	应小于 0.25EU/ml	<0.25EU/ml
支原体	应符合规定	符合规定
无菌	应符合规定	符合规定
培养效力		
细胞形态	贴壁生长，伸展呈长梭形，形态均一	贴壁生长，伸展呈长梭形，形态均一
细胞活率	应大于等于 90%	P3：99.58%；P4：99.30%
倍增倍数	应大于等于 8 倍（P3、P4）	P3：19.50 倍；P4：15.60 倍
结论：本品按 脐带间充质干细胞无血清培养基企业内控质量标准 检验，结果 符合 规定。		

负责人：李亚平

复核人：何亚明

报告人：何亚明