


## 质检证书

|                                                 |                     |                         |     |
|-------------------------------------------------|---------------------|-------------------------|-----|
| PES 超滤离心管，5KD 孔径，15mL 内管容量                      |                     | 货号: E01B-0006           |     |
|                                                 |                     | 批次: 335055161           |     |
| ISO 9001 质量标准                                   |                     |                         |     |
| 该产品在工厂质量管理体系下生产，并经认可的注册机构批准，符合 ISO 9001 质量体系标准。 |                     |                         |     |
| 超滤离心管规格                                         |                     |                         |     |
| 膜材质                                             | PES                 | 滤膜过滤面积(cm²)             | 7.2 |
| 最大样本量(mL)                                       | 15                  | 最大过滤体积(mL)              | 17  |
| 外管尺寸（含盖子）                                       | 整体长度:117mm, 直径:31mm | 内外管                     | PP  |
| 内管尺寸                                            | 长: 75 mm, 直径: 28 mm | 滤出容积(ul)                | 300 |
| 作业温度(°C)                                        | 0~40                | 滞留容积(ul)                | ≤30 |
| 完整性测试                                           | 合格                  | 用有效期                    | 两年  |
| OVA(1mg/ml)蛋白保留率                                |                     | >95% (0.25mg/mL 细胞色素 C) |     |
| 使用有效期                                           |                     | 两年                      |     |
| 产品结构示意图                                         |                     |                         |     |



我们特此证明, 上述过滤器符合所有适用的指示, 未经有关单位书面批准, 不得复印、复制本证书。

测试人: Ran 2025-05-23

质量控制专员

