


质检证书

PES 超滤离心管，100KD 孔径，15mL 内管容量		货号: E01B-0010	
		批次: 332056163	
ISO 9001 质量标准			
该产品在工厂质量管理体系下生产，并经认可的注册机构批准，符合 ISO 9001 质量体系标准。			
超滤离心管规格			
膜材质	PES	滤膜过滤面积(cm ²)	7.2
最大样本量(mL)	15	最大过滤体积(mL)	17
外管尺寸（含盖子）	整体长度:117mm, 直径:31mm	内外管	PP
内管尺寸	长: 75 mm, 直径: 28 mm	滤出容积(ul)	300
作业温度(°C)	0~40	滞留容积(ul)	≤30
完整性测试	合格	用有效期	两年
OVA(1mg/ml)蛋白保留率		＞85%（1mg/ml 免疫球蛋白 G）	
使用有效期		两年	
产品结构示意图			



我们特此证明, 上述过滤器符合所有适用的指示, 未经有关单位书面批准, 不得复印、复制本证书。

测试人: Ran 2025-05-23

质量控制专员

