

小牛血清检验报告

品 名	小牛血清		
产品规格	500ml/瓶	检验依据	《企业内控标准》
批 号	20240223	检验日期	2024. 02. 23
生产日期	2024. 02. 23	报告日期	2024. 03. 29

检验项目	《企业内控标准》		检验结果
性 状	本品为粘稠、半透明、琥珀色的液体		粘稠、半透明、琥珀色的液体
pH	6.80~8.40		7.98
蛋白质含量	30~85 g/L		66 g/L
血红蛋白	≤350 mg/L		131 mg/L
渗透压摩尔浓度	250~400 mOsmol/kg		260 mOsmol/kg
无菌检查	阴 性		阴 性
支原体检验	阴 性		阴 性
细菌内毒素检查	<10 Eu/ml		<3 Eu/ml
外源病毒检验 (细胞病变检查)	血清中不得有牛腹泻病毒/黏膜病毒 (BVDV/MDV)、猪瘟病毒 (CSFV)、猪圆环病 毒 2 型 (PCV2)、狂犬病毒 (RCV)、犬细小 病毒 (CPV)		符合要求
外源病毒检验 (红细胞吸附检查)			
外源病毒检验 (荧光抗体检查)			
细胞增殖检查 (SP2/0 增殖试验 法)	参考血清的绝对克隆形成率应不低于 20%； 小牛血清相对克隆形成率应不低于 50%。		参考血清的绝对克隆形 成率为 42%； 小牛血清相对克隆形 成率为 78%。
保存条件、有效期	-15℃以下，自生产之日起有效期 5 年		
结 论	符合《企业内控标准》 规定	是 ☒ 否 ☐	判 定 合 格 ☒ 不合格 ☐

检验人：张丹丹

审核人：陈华丽

