

出货检验报告单

产品名称		冻存管	货 号	BLA03A0004	产品批号	05062025
品牌名称		碳基生命	材 料	PP	批量数量	10000
检验项目		标 准			检验结果	判 定
1	外观	管体无色透明, 无明显弯曲变形、无裂痕, 表面光洁, 胶口处无刺手毛刺;			符合要求	合格
		无可见或易清除的外来异物(无蚊虫、毛发或纤维等), 无异味;			符合要求	合格
		印刷刻度清晰, 无缺线或断线;			符合要求	合格
2	性能	管盖密封圈装配良好, 无缺失、变形; 管盖与管体装配到位, 松紧适宜, 拧紧后不滑牙或回旋;			符合要求	合格
		容量符合要求;				
		-0.06MPa 下进行真空试验, 保持 3 分钟不漏液				
3	尺寸	尺寸符合图纸要求			符合要求	合格
4	包装	外箱整洁, 内包装无破损			符合要求	合格
		标识正确、清晰			符合要求	合格
5	辐照灭菌	无菌保障水平 SAL 达到 10^{-6}			符合要求	合格
结论: ☒合格 ☐不合格						

注: 在检验结论为合格时, 准予出厂。

检验者: 陈华丽 日期: 2025年05月12日
 复核者: 万洁琦 日期: 2025年05月12日

