

产品名称	离心瓶	规格	A02E-0013	产品批号	05112025
生产日期	2025.05.11	有效期	2029.05.11	批量数量 (pcs)	192
检验项目	标准要 求				结 果
1	外观	产品外观不可有扫花、冲料痕、烧焦烫伤等不良现象			符合
		不可擦除/不可移动黑点: 料内(不可移动)手臂距离不可见允许一个产品上允许有一个,但不允许每个都有;比例 $\leq 1\%$;手臂距离可见的黑点不允许有。			符合
		气泡:产品的功能面不得出现气泡			符合
		螺纹正常,无损伤、变形、毛刺等不良			符合
		管口光滑,无飞边(直飞和平面飞边)			符合
		胶口不得有缺陷;管盖胶口不得高于管盖平面,以不刺手为准;			符合
2	尺寸	尺寸符合图纸重点尺寸要求			符合
3	容量	容量刻度线误差在 $\pm 5\%$ 以内			符合
4	清洁度	产品内外表面无油污、脏污,黑点,灰尘、异物			符合
5	性能	管体和盖配合手感流畅无生涩、无脱落、滑牙、裂纹破碎等情况。			符合
		-0.03MPa 下进行真空试验,保持3min不漏液			符合
		倒立30min无渗漏			符合
		测定耐受离心力,不低于规定6000测定耐受离心力,不低于规定值(RCF:6000xg),无裂纹、变形或破裂;			符合
6	生物性能	无菌保障水平: $\text{SAL } 10^{-6}$			符合
		无热原;细菌内毒素 $\leq 0.25\text{EU/ml}$			符合
		DNase 和 RNase 不得检出			符合
7	包装	无漏装,混装或错装。			符合
		包装无破损,脏污;标签内容正确;			符合
检验结论:					
☒ 合格 ☐ 不合格					

注:在检验结论为合格时,准予出厂。

检验者:  日期: 2025 年 05 月 16 日

复核者:  日期: 2025 年 05 月 16 日

