

出货检验报告单

产品名称	离心瓶	规格	A02E-0015	产品批号	02222025
生产日期	2025.02.22	有效期	2029.02.22	批量数量 (pcs)	80
检验项目	标准要 求				结 果
1	外观	产品外观不可有扫花、冲料痕、烧焦烫伤等不良现象			符合
		不可擦除/不可移动黑点： 料内（不可移动）手臂距离不可见允许一个产品上允许有一个，但不允许每个都有；比例≤1%；手臂距离可见的黑点不允许有。			符合
		气泡：产品的功能面不得出现气泡			符合
		螺纹正常，无损伤、变形、毛刺等不良			符合
		管口光滑，无飞边（直飞和平面飞边）			符合
		胶口不得有缺陷；管盖胶口不得高于管盖平面，以不刺手为准；			符合
2	尺寸	尺寸符合图纸重点尺寸要求			符合
3	容量	容量刻度线误差在±5%以内			符合
4	清洁度	产品内外表面无油污、脏污，黑点，灰尘、异物			符合
5	性能	管体和盖配合手感流畅无生涩、无脱落、滑牙、裂纹破碎等情况。			符合
		-0.03MPa 下进行真空试验，保持 3min 不漏液			符合
		倒立 30min 无渗漏			符合
		测定耐受离心力，不低于规定 6000 测定耐受离心力，不低于规定值（RCF:6000xg），无裂纹、变形或破裂；			符合
6	生物性能	无菌保障水平：SAL 10 ⁻⁶			符合
		无热原；细菌内毒素≤0.25EU/ml			符合
		DNase 和 RNase 不得检出			符合
7	包装	无漏装，混装或错装。			符合
		包装无破损，脏污；标签内容正确；			符合
检验结论： ☒ 合格 ☐ 不合格					

注：在检验结论为合格时，准予出厂。

检验者：  日期：2025 年 02 月 16 日

复核者：  日期：2025 年 02 月 16 日

