

出货检验报告单

产品名称	培养基方瓶	规格	A03B-0006	产品批号	02242025	
材料	PET	批量数量 (pcs)	192	有效期	3 年	
检验依据	培养基方瓶检验规范 SH/ZL-JY-025					
检验项目	标 准		抽样方案		检验结果	不合格数量 (pcs)
1	外观	表面光洁, 无瓶口飞边、瓶口完整; 无瓶口变形, 严重偏心; 无尖锐刺手的合模线; 无严重划痕、擦痕; 螺纹无压伤或缺口;	IL=II AQL=1.0	n=32 Ac=1 Re=2	☒ 符合 ☐ 不符合	0
		无油污、水渍、脏污、异物存在;			☒ 符合 ☐ 不符合	0
		气泡、色点 $\leq 0.3\text{mm}$, 目测不得多于 3 个;			☒ 符合 ☐ 不符合	0
		刻度清晰, 不得缺失刻度及数字;			☒ 符合 ☐ 不符合	0
2	尺寸	尺寸符合图纸设计要求	IL=S-2 AQL=0.65	n=5 Ac=0 Re=1	☒ 符合 ☐ 不符合	0
3	容量	容量刻度线误差在 $\pm 3\%$ 以内			☒ 符合 ☐ 不符合	0
3	性能	瓶体与瓶盖配合良好, 旋合紧密, 无歪盖或无明显的顿挫;			☒ 符合 ☐ 不符合	0
		组装后, -60kpa 抽真空, 保持 5 分钟, 密封不漏液;	☒ 符合 ☐ 不符合	0		
4	生物性能	辐照灭菌, 无菌保证水平: $\text{SAL } 10^{-6}$	IL=S-2 AQL=0.4	n=5 Ac=0 Re=1	☒ 符合 ☐ 不符合	0
		热原: 灭菌后产品, LAL 检测, 内毒素 $\leq 0.5\text{EU/ml}$			☒ 符合 ☐ 不符合	0
		琼脂糖电泳法检测, 无 DNase 和 RNase			☒ 符合 ☐ 不符合	0
5	包装	无漏装, 混装或错装。	全检	全符合	☒ 符合 ☐ 不符合	0
		包装无破损, 脏污; 标签内容正确;	全检	全符合	☒ 符合 ☐ 不符合	0
检验结论: ☒合格 ☐不合格 检验人员/日期: <u>胡叶 2025.5.16</u> 复核人/日期: <u>万洁玲 2025.05.16</u>						

