

出货检验报告单

产品名称	微量离心管	货号	BLA02E0002	产品批号	05092025
品牌名称	碳基生命	材料	PP	批量数量	50000
检验项目	标准			检验结果	判定
1	外观	管体透明、表面光洁、壁厚均匀、无变形；		符合要求	合格
		无明显擦痕、黑点、杂质、油污等缺陷； 胶口高度不超过管盖平面；		符合要求	合格
2	性能	装配到位，松紧适宜，盖紧后不会自动崩起；		符合要求	合格
		用力甩动无液体渗出；			
3	尺寸	尺寸符合图纸要求		符合要求	合格
4	包装	外箱整洁，内包装无破损		符合要求	合格
		标识正确、清晰		符合要求	合格
检验结论： ☒合格 ☐不合格					

注：在检验结论为合格时，准予出厂。

检验者：陈平丽

日期：2025年05月14日

复核者：万琦琦

日期：2025年05月14日

