

## 出货检验报告单

|                                                                     |                                                                                                  |       |            |            |          |
|---------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|------------|------------|----------|
| 产品名称                                                                | 12 孔细胞培养板                                                                                        | 规格    | BLA01C0002 | 产品批号       | 05132025 |
| 生产日期                                                                | 2025.05.13                                                                                       | 产品有效期 | 2028.05.13 | 批量数量 (pcs) | 500      |
| 检验项目                                                                | 标准 要求                                                                                            |       |            |            | 结 果      |
| 1 外观                                                                | 培养板底板和面板均无色透明, 无明显缩水变形、无裂痕或缺口, 有效培养面内无划伤;                                                        |       |            |            | 符合       |
|                                                                     | 长胶口, 刮毛的不接受, 不刮毛的长胶口不超过 0.1mm 可接受;                                                               |       |            |            | 符合       |
|                                                                     | 气泡: 孔底不允许有气泡, 非孔底其它区域允许有不超过 2.5mm 的气泡;                                                           |       |            |            | 符合       |
|                                                                     | 胶口拉丝: 小于 1.5mm 接受, 反之拒收;                                                                         |       |            |            | 符合       |
|                                                                     | 黑点/杂质: 孔底不允许, 每个孔的侧壁不能超过 2 个 0.5mm 的点; 盖子顶部允许有 1 个不超过 0.5mm <sup>2</sup> 的点, 小于 0.2mm 的点不超过 4 个; |       |            |            | 符合       |
| 2 清洁度                                                               | 不得有可以动的异物, 如灰尘、油污、纤维等                                                                            |       |            |            | 符合       |
| 3 尺寸                                                                | 尺寸要求及允许公差见图纸                                                                                     |       |            |            | 符合       |
| 4 物理性能                                                              | 配合效果: 底板与面板配合良好, 以配合后能轻松取下面板为准; 平板放置在平整台面平整无缝隙                                                   |       |            |            | 符合       |
|                                                                     | 亲水性测试: 用蒸汽仪喷雾在产品处理面, 水气凝结成鱼鳞片状;                                                                  |       |            |            | 符合       |
|                                                                     | 接触角测试: TC 处理后, 接触角不超过 42°                                                                        |       |            |            | 符合       |
| 5 生物性能                                                              | 辐照灭菌, 无菌水平: SAL 10 <sup>-6</sup>                                                                 |       |            |            | 符合       |
|                                                                     | 无热原; 细菌内毒素 ≤ 0.25EU/ml                                                                           |       |            |            | 符合       |
|                                                                     | DNase 和 RNase 不得检出                                                                               |       |            |            | 符合       |
| 6 包装                                                                | 包装无破损, 污染或者其他明显的外观缺陷; 无漏装, 混装或错装。                                                                |       |            |            | 符合       |
|                                                                     | 标签印刷清晰, 粘贴在规定位置; 标签信息正确, 且与产品相符。                                                                 |       |            |            | 符合       |
| 检验结论:                                                               |                                                                                                  |       |            |            |          |
| <input checked="" type="checkbox"/> 合格 <input type="checkbox"/> 不合格 |                                                                                                  |       |            |            |          |

检验者: 王诗琦 日期: 2025 年 05 月 16 日

复核者: 王诗琦 日期: 2025 年 05 月 16 日

