


出货检验报告单

品牌名称		碳基生命	产品名称/规格	5ML 血清移液管	货号	A02C-008
产品批号		04172025	产品有效期	04172029	批量数量 (pcs)	18000
检验项目		标 准 要 求				结 果
1	外观	表面应光洁，平整不变形，无明显黑点；				符合
		表面无划痕劣迹、披锋、料花、杂料、油污、气泡、碎屑和飞边；				符合
		表面无指感留痕，结合线、划痕，点状允许<3个；				符合
		管体均匀，不得明显弯曲，在平整的平面上，弯曲度不得超过 1mm；				符合
2	印刷	印刷刻度清晰，无缺线或断线；无明显缺印或油墨不均；无数字或字母印刷残缺不影响可读性、可识别；刻度线间距均匀；				符合
		滤芯应在相应位置，无脱落；				符合
3	容量	容量刻度线误差在±3%以内				符合
4	清洁度	产品内外表面无油污、脏污，灰尘、异物				符合
5	性能	管路通畅，无堵塞和漏液现象				符合
6	纸塑包装	热封牢固，无虚封或热封过牢，热封处不得有可穿孔的缝隙；				符合
		撕口处 10mm≤长度≤12mm 且不得有粘连，包装纸上相关信息印刷清晰可辨；内容与产品相符；				符合
7	生物性能	辐照灭菌，无菌保障水平：SAL 10 ⁻⁶				符合
		无热原；细菌内毒素≤0.25EU/ml				符合
		DNase 和 RNase 不得检出				符合
8	包装	包装无破损，污染或者其他明显的外观缺陷				符合
		印刷清楚正确，标签信息内容无误，按规定贴在相应的位置				符合
		产品与实际相符，无漏装，混装或错装				符合
检验结论：						
☒合格☐不合格						

注: 在检验结论为合格时, 准予出厂。

检验者:  日期: 2025 年 05 月 16 日

复核者:  日期: 2025 年 05 月 16 日

