

品牌名称	碳基生命	产品名称/规格	1ML 血清移液管	货号	BLA02C0001
产品批号	04152025	产品有效期	04152029	批量数量 (pcs)	40000
检验项目	标 准 要 求				结 果
1 外观	表面应光洁, 平整不变形, 无明显黑点;				符合
	表面无划痕劣迹、披锋、料花、杂料、油污、气泡、碎屑和飞边;				符合
	表面无指感留痕, 结合线、划痕, 点状允许<3个;				符合
	管体均匀, 不得明显弯曲, 在平整的平面上, 弯曲度不得超过 1mm;				符合
2 印刷	印刷刻度清晰, 无缺线或断线; 无明显缺印或油墨不均; 无数字或字母印刷残缺不影响可读性、可识别; 刻度线间距均匀;				符合
	滤芯应在相应位置, 无脱落;				符合
3 容量	容量刻度线误差在±3%以内				符合
4 清洁度	产品内外表面无油污、脏污, 灰尘、异物				符合
5 性能	管路通畅, 无堵塞和漏液现象				符合
6 纸塑包装	热封牢固, 无虚封或热封过牢, 热封处不得有可穿孔的缝隙;				符合
	撕口处 10mm≤长度≤12mm 且不得有粘连, 包装纸上相关信息印刷清晰可辨; 内容与产品相符;				符合
7 生物性能	辐照灭菌, 无菌保障水平: SAL 10 ⁻⁶				符合
	无热原; 细菌内毒素≤0.25EU/ml				符合
	DNase 和 RNase 不得检出				符合
8 包装	包装无破损, 污染或者其他明显的外观缺陷				符合
	印刷清楚正确, 标签信息内容无误, 按规定贴在相应的位置				符合
	产品与实际相符, 无漏装, 混装或错装				符合
检验结论: ☒ 合格 ☐ 不合格					

注: 在检验结论为合格时, 准予出厂。

检验者: 王 日期: 2025 年 05 月 11 日

复核者: 王 日期: 2025 年 05 月 16 日

