

出货检验报告单

品牌名称	碳基生命	产品名称/规格	50ML 血清移液管	货号	BLA02C0006
产品批号	04202025	产品有效期	04202029	批量数量 (pcs)	3000
检验项目	标准 要 求				结 果
1	外观	表面应光洁, 平整不变形, 无明显黑点;			符合
		表面无划痕劣迹、披锋、料花、杂料、油污、气泡、碎屑和飞边;			符合
		表面无指感留痕, 结合线、划痕, 点状允许<3个;			符合
		管体均匀, 不得明显弯曲, 在平整的平面上, 弯曲度不得超过1mm;			符合
2	印刷	印刷刻度清晰, 无缺线或断线; 无明显缺印或油墨不均; 无数字或字母印刷残缺不影响可读性、可识别; 刻度线间距均匀;			符合
		滤芯应在相应位置, 无脱落;			符合
3	容量	容量刻度线误差在±3%以内			符合
4	清洁度	产品内外表面无油污、脏污, 灰尘、异物			符合
5	性能	管路通畅, 无堵塞和漏液现象			符合
6	纸塑包装	热封牢固, 无虚封或热封过牢, 热封处不得有可穿孔的缝隙;			符合
		撕口处 10mm≤长度≤12mm 且不得有粘连, 包装纸上相关信息印刷清晰可辨; 内容与产品相符;			符合
7	生物性能	辐照灭菌, 无菌保障水平: SAL 10 ⁻⁶			符合
		无热原; 细菌内毒素≤0.25EU/ml			符合
		DNase 和 RNase 不得检出			符合
8	包装	包装无破损, 污染或者其他明显的外观缺陷			符合
		印刷清楚正确, 标签信息内容无误, 按规定贴在相应的位置			符合
		产品与实际相符, 无漏装, 混装或错装			符合
检验结论: ☒ 合格 ☐ 不合格					

注: 在检验结论为合格时, 准予出厂。

检验者: 王某某 日期: 2025 年 05 月 16 日

复核者: 李陈玲 日期: 2025 年 05 月 16 日

