

出货检验报告单

产品名称	离心管	规格	BLA02E0007	产品批号	03252025	
材料	PP	批量数量 (pcs)	10000	有效期	4 年	
检验依据	离心管检验规范					
检验项目	标 准		抽样方案		检验结果 不合格 数量(pcs)	
1	外观	产品表面光洁, 不缺胶、缩水, 不变形; 管盖无胶丝、胶屑, 螺纹清晰无拉毛;	IL= II AQL=1.0	n=200 Ac=5 Re=6	☒ 符合 ☐ 不符合	0
		产品表面无明显划痕, 裂迹, 料花等; 气泡直径 $\leq 0.4\text{mm}$, $N\leq 3$; 管口或管盖飞边: 厚度 $\leq 0.2\text{mm}$, 高度 $\leq 0.5\text{mm}$; 色点: 直径 $\leq 0.4\text{mm}$, $N\leq 3$;			☒ 符合 ☐ 不符合	0
		管盖浇口不得高于管盖平面, 以不刺手为准			☒ 符合 ☐ 不符合	0
		无可见或易清除的外来物质(蚊虫、油污、毛发或其他可见异物);			☒ 符合 ☐ 不符合	0
		管体透明, 印刷刻度清晰, 无缺线或明显断线; 书写区窗口平整, 无明显缺印或油墨不均; 自立式离心管立于平整桌面上不倾斜			☒ 符合 ☐ 不符合	0
2	尺寸	尺寸符合图纸设计要求	IL=S-2 AQL=1.0	n=8 Ac=0 Re=1	☒ 符合 ☐ 不符合	0
3	容量	容量刻度线误差在 $\pm 3\%$ 以内			☒ 符合 ☐ 不符合	0
4	性能	管盖和管体装配动作顺畅, 无明显卡滞现象, 操作中用力甩动无渗漏;	II=S-2 AQL=0.65	n=8 Ac=0 Re=1	☒ 符合 ☐ 不符合	0
		组装后, -30kpa 抽真空, 保持 3 分钟, 密封不漏液;			☒ 符合 ☐ 不符合	0
		10000g, 30min, 无裂纹、变形或破裂;			☒ 符合 ☐ 不符合	0
		-80°C 至 121°C , 无裂纹、变形或破裂			☒ 符合 ☐ 不符合	0
		无热原: 细菌内毒素 $\leq 0.25\text{EU/ml}$			☒ 符合 ☐ 不符合	0
		无 DNase 和 RNase			☒ 符合 ☐ 不符合	0
5	包装	无漏装, 混装或错装。	全检	全符合	☒ 符合 ☐ 不符合	0
		包装无破损, 脏污; 标签内容正确;	全检	全符合	☒ 符合 ☐ 不符合	0
检验结论: ☒ 合格 ☐ 不合格 检验人员/日期: 王清琦 2025.06.30 复核人员/日期: 王清琦 2025.06.30						