

产品检验报告

基本信息			
名称	CIK 无血清培养基	规格	1000mL/瓶
批号	MED2409005	货号	B01F-10
生产日期	2025. 09. 04	储存条件	2~8℃，避光保存
有效期至	2026. 03. 03	检测依据	中国药典&碳基企业内部标准
检测项目			
项目	检验标准		结果
物理性状	应为红色液体		符合规定
可见异物	应无可见异物		符合规定
装量	不低于标示值		符合规定
PH	7.0~8.0		7.0
细菌内毒素	< 5EU/mL		< 5EU/mL
支原体	应呈阴性		阴性
渗透压	280~450mOsm/kg		352mOsm/kg
无菌	不得有菌生长		未长菌
细胞增值率	细胞增值率通过测试		符合规定
结论	本品按照中国药典&碳基生命企业内部标准检测，结果符合规定		

报告人：陈华丽

报告日期：2024.09.25

审批人：万清琦

审批日期：2024.09.25

