

质量保证书

产品信息

货号: E02B-0005
批次号: 334051064
孔径: 0.22
有效期: 2028.05.06

ISO 9001 质量标准

本公司通过了 ISO9001 质量管理体系。

无纤维释放

本产品符合 21CFR.210.3(b)(6)中所定义的
“无纤维释放”标准。

无菌检测

合格。

细菌内毒素

产品按照 USP 标准测试，无热原水提取
物中热原含量小于等于 0.25EU/ml。

生物安全性

本产品材料符合 USP<88> VI 级塑料生物反应
试验标准。

起泡点

该批产品的起泡点 66.7-78.3psi。

流速

产品流速是在 25℃下测试的，本批次产品
的流速 60-69ml/min @10psi。

耐压

产品的耐压大于等于 87psi。

细菌截留效率

样品依据 ASTM F 838-05 进行测试，结果如
下：

挑战微生物	LRV
<i>Brevundimonas diminuta</i> (ATCC 19146)	7



测 试 人 :