

产品检测报告

报告编号：EP202503001

基 本 信 息			
名 称	细胞保存液	规 格	100ml/瓶
批 号	JD250303	货 号	BLB01F0003
生产日期	2025.03.03	储存条件	2~8℃
有效期至	2026.03.02	检测依据	中国药典&碳基生命企业内部标准
检 测 项 目			
项目	检测标准		结果
外观	应为无色至淡黄色透明液体		符合规定
装量	不低于标示值		符合规定
pH	6.8~7.3		7.2
渗透压	68~93mOsm/kg (1:20 稀释)		91mOsm/kg
细菌内毒素	<1.0EU/ml		符合规定
支原体	应呈阴性		阴性
无菌	应无菌生长		未长菌
结论	本品按照中国药典&碳基生命企业内部标准检测，结果符合规定		

报告人：陈华丽

报告日期：2025 03.10

审批人：万诗琦

审批日期：2025.03.10