

出货检验报告单

品牌名称	碳基生命	产品名称	0.2mL PCR8联排, 含盖, 平盖, 透明	货号 BLA04B0002
产品批号	31224001	生产日期	2024.11.07	

序号	检测项目	检验内容/检验依据	检验结果
1	外观	黑点、气泡、拉痕等	符合要求
2	尺寸	符合图纸规格	符合要求
3	包装	包材、数量正确、包装完好	符合要求
4	离心力测试	4000RPM 1min	符合要求
5	蒸发率测试	蒸发率 < 5%	符合要求
6	内毒素检测	《细菌内毒素检验规范》	符合要求
7	Rnase检测	《核酸酶检验规范》	符合要求
8	Dnase检测	《核酸酶检验规范》	符合要求
9	浸出物测试	《浸出物检验规范》	符合要求
10	初始污染菌测试	《初始污染菌检验规范》	符合要求
备注: 本次检测结果仅对客户所需当前批次负责。			
检验结论: ☒ 合格 ☐ 不合格			

注: 在检验结论为合格时, 准予出厂。

检验者: 陈华丽 日期: 2024年11月10日

复核者: 万诗琦 日期: 2024年11月10日

