

出货检验报告单

产品信息:

货号	E02B-0003	孔径	0.22
批次号	330054223	有效期	2028.05.22
ISO 9001 质量标准 本公司通过了 ISO9001 质量管理体系。		起泡点 该批产品的起泡点 65.3-69.6psi。	
无纤维释放 本产品符合 21CFR.210.3(b)(6)中所定义的“无纤维释放”标准。		流速 产品流速是在 25℃ 下测试的，本批次产品的流速 75-126ml/min @10psi。	
无菌检测 合格。		耐压 产品的耐压大于等于 87psi。	
细菌内毒素 产品按照 USP 标准测试，无热原水提取物中热原含量小于等于 0.25EU/ml。		细菌截留效率 样品依据 ASTM F 838-05 进行测试，结果如下：	
生物安全性 本产品材料符合 USP<88> VI 级塑料生物反应试验标准。		挑战微生物 Brevundimonas diminuta (ATCC 19146)	LRV 7

注：在检验结论为合格时，准予出厂。

检验者：陈华研 日期：2025 年 5 月 26 日

复核者：万海玲 日期：2025 年 5 月 26 日

