


出货检验报告单

PES 超滤离心管，50KD 孔径，4mL 内管容量		货号：E01B-0004	
		批次：332076079	
ISO 9001 质量标准			
该产品在工厂质量管理体系下生产，并经认可的注册机构批准，符合 ISO 9001 质量体系标准。			
超滤离心管规格			
膜材质	PES	滤膜过滤面积 (cm ²)	3.5
最大样本量 (mL)	4.5	最大过滤体积 (mL)	6
外管尺寸 (含盖子)	整体长度:122mm, 直径:17mm	内外管	PP
内管尺寸	长: 67.5 mm, 直径 28: 14.5 mm	滤出容积 (uL)	50~100
作业温度 (℃)	0~40	滞留容积 (uL)	≤20
完整性测试	合格	用有效期	两年
OVA (1mg/mL) 蛋白保留率		>90% (1mg/mL 牛血清白蛋白)	
使用有效期		两年	
产品结构示意图			



注: 在检验结论为合格时, 准予出厂。

检验者: 陈华丽 日期: 2025 年 07 月 21 日

复核者: 陈华丽 日期: 2025 年 07 月 21 日