

出货检验报告单

货号	E02B-0008	孔径	0.45
批次号	339066216	有效期	2028.06.21
ISO 9001 质量标准 本公司通过了 ISO9001 质量管理体系。		细菌内毒素 产品按照 USP 标准测试，无热原水提取物中热原含量小于等于 0.25EU/mL。	
无纤维释放 本产品符合 21CFR. 210.3(b)(6) 中所定义的“无纤维释放”标准。		起泡点 该批产品的起泡点 39.2-42.1 psi。	
无菌检测 合格。		流速 产品流速是在 25℃ 下测试的，本批次产品的流速 150-186 mL/min @10psi。	
生物安全性 本产品材料符合 USP<88> VI 级塑料生物反应试验标准。		耐压 产品的耐压大于等于 87psi。	

注：在检验结论为合格时，准予出厂。

检验者：陈华丽 日期：2025年07月03日

复核者：万清琦 日期：2025年07月03日

