

出货检验报告单

品牌名称	碳基生命	产品名称	150mm细胞培养皿, TC处理	货号 BLA01B0004
产品批号	10625114	生产日期	2025.07.16	

序号	检测项目	检验内容/检验依据	检验结果
1	外观	气泡、拉痕、缺料等	符合要求
2	尺寸	符合图纸规格	符合要求
3	包装	包材、数量正确、包装完好	符合要求
4	内毒素检测	《细菌内毒素检验规范》	符合要求
5	浸出物测试	《浸出物检验规范》	符合要求
6	初始污染菌测试	《初始污染菌检验规范》	符合要求
备注: 本次检测结果仅对客户所需当前批次负责。			
检验结论: ☒ 合格 ☐ 不合格			

注: 在检验结论为合格时, 准予出厂。

检验者: 陈华丽 日期: 2025年07月16日

复核者: 万清琦 日期: 2025年07月16日