

出货检验报告单

品牌名称	碳基生命	产品名称	1000μl吸头, 袋装, 未灭菌	货号 BLA02A0006
产品批号	19725871	生产日期	2025.04.16	

序号	检测项目	检验内容/检验依据	检验结果
1	外观	黑点、气泡、拉痕等	符合要求
2	尺寸	符合图纸规格	符合要求
3	弯曲度调试	弯曲度小于等于1.2mm	符合要求
4	包装	包材、数量正确、包装完好	符合要求
5	泄漏测试	静置10秒无液体溢出	符合要求
6	精准度测试	小于0.0100g	符合要求
7	内毒素检测	《细菌内毒素检验规范》	符合要求
8	Rnase检测	《核酸酶检验规范》	符合要求
9	Dnase检测	《核酸酶检验规范》	符合要求
10	浸出物测试	《浸出物检验规范》	符合要求
11	初始污染菌测试	《初始污染菌检验规范》	符合要求

备注: 本次检测结果仅对客户所需当前批次负责。

检验结论:

☒合格

☐不合格

注: 在检验结论为合格时, 准予出厂。

检验者: 陈华丽 日期: 2025年04月16日

复核者: 万海琦 日期: 2025年04月16日