

## 出货检验报告单

|      |                                              |      |           |
|------|----------------------------------------------|------|-----------|
| 产品名称 | PES 针头滤器, 0.22 $\mu\text{m}$<br>孔径, 13 mm 直径 | 生产批次 | 330070155 |
| 货号   | E02A-0005                                    | 孔径   | 0.22      |

### ISO 9001 质量体系

本产品的生产公司通过了 ISO9001 质量管理体系。

### 技术参数

|                      |      |                         |           |
|----------------------|------|-------------------------|-----------|
| 膜材质                  | PES  | 有效面积 (cm <sup>2</sup> ) | 0.92      |
| 孔径 ( $\mu\text{m}$ ) | 0.22 | 滞留体积 ( $\mu\text{L}$ )  | <20       |
| 润湿性                  | 亲水   | 壳体材质                    | 聚丙烯       |
| 接口                   | 鲁尔接口 | 预过滤                     | No        |
| 滤膜层数                 | 1    | 泡点 (Mpa)                | 0.35-0.47 |
| 耐压 (Mpa)             | 0.6  | 流速<br>(mL/min@0.07Mpa)  | 15-25     |
| HPLC 溶出物检测           | 合格   | 标准颗粒截留率                 | 合格        |

在 25℃ 用纯水检测泡点和流速。

注: 在检验结论为合格时, 准予出厂。

检验者: 陈华丽 日期: 2025 年 07 月 15 日

复核者: 万清 日期: 2025 年 07 月 15 日

