

出货检验报告单

PVDF 转印膜	货号: E01A-0009
	批次: 331087074

项目	结果
膜材质	PVDF
孔径(μm)	0.2
尺寸(mm)	300*3000
润湿性	Hydrophobic
厚度(μm)	170-190
BSA 蛋白吸附 ($\mu\text{g}/\text{cm}^2$)	≥ 260

注: 在检验结论为合格时, 准予出厂。

检验者: 陈华丽 日期: 2025年 08月 08日

复核者: 万海琦 日期: 2025年 08月 08日

