

出货检验报告单

PVDF 转印膜	货号: E01A-0010
	批次: 339083122

项目	结果
膜材质	PVDF
孔径(μm)	0.45
尺寸(mm)	300*3000
润湿性	Hydrophobic
厚度(μm)	165-170
BSA 蛋白吸附 ($\mu\text{g}/\text{cm}^2$)	≥ 180

注: 在检验结论为合格时, 准予出厂。

检验者: 陈华丽 日期: 2025年08月20日

复核者: 陈华丽 日期: 2025年08月20日

