

出货检验报告单

品牌名称	碳基生命	产品名称 规格	重组人bFGF蛋白 50µg/支	货号	C02A-0015
产品批号	Pr2407022	生产日期	2024.07.30	有效期至	2026.07.29

序号	检验项目	检测标准	检验结果
1	外观	冻干粉, 形态应为白色疏松体	符合规定
2	鉴别	电泳条带与产品分子量大小一致	符合规定
3	可见异物	应无可见异物	符合规定
4	水分	≤4.0%	0.8%
5	pH	6.5 ~ 7.5	7.2
6	纯度	> 90.0%	符合规定
7	细菌内毒素	< 0.1EU/µg	< 0.1EU/µg
8	支原体	应呈阴性	阴性
9	无菌	不得有菌生长	未长菌
保存条件和有效期: -20℃保存, 自生产之日起有效期2年。			
检验结论: ☒ 合格 ☐ 不合格			

注: 在检验结论为合格时, 准予出厂。

检验者: 陈平丽 日期: 2024年 08月 19日

复核者: 王诗琦 日期: 2024年 08月 19日