

### 产品检验报告单

产品名称/规格	细胞培养瓶/250ml	货号	BLA01A0003	批号	11222025
生产日期	2025.11.22	有效期	2028.11.22	数量 (pcs)	10000
检验项目	标准 要求				结果
1	外观	产品无色透明、光洁、平整、无变形；			符合
		产品有效培养面不得有气泡、杂色点、黑点；无划伤、擦痕等；			符合
		产品非有效培养面无明显缩水、变形、气纹、流痕、波浪纹；			符合
		非培养面擦痕、划痕 $\leq 15\text{mm}$ , $N \leq 2$ ；			符合
		非培养面气泡直径 $\leq 0.5\text{mm}$ , $N \leq 3$ , 色点 $\leq 0.3\text{mm}$ , $N \leq 1$ ；			符合
		无明显飞边或毛刺, 飞边 $\leq 0.3\text{mm}$ ；			符合
2	亲水性	透气盖：透气膜与瓶盖贴合紧密，无掉落或破损；			符合
		用蒸汽仪喷雾在产品处理面，水汽在产品表面成鱼鳞片状成平铺状；			符合
3	清洁度	接触角测试：接触角应小于 $42^\circ$ ；			符合
3	清洁度	可移动异物或可擦拭的杂质不接受			符合
4	尺寸	产品主要尺寸符合图纸要求			符合
5	物理性能	瓶盖与瓶体配合松紧适宜，无明显卡滞现象；			符合
		密封性：加液体后，瓶体倒置10min，无漏液；			符合
6	灭菌	辐照灭菌：灭菌见辐照证明			符合
7	生物性能	无菌检测 (SAL $10^{-6}$ )：不得检出微生物			符合
		细菌内毒素 $\leq 0.1\text{EU/ml}$			符合
		DNase 和 RNase 不得检出			符合
8	包装	包装袋封口牢固，无假封、漏封现象；			符合
		包装无破损，污染或者其他明显的外观缺陷；无漏装，混装或错装。			符合
		标签印刷清晰，标签信息正确。			符合
结果判定：合格					
说明：“检查结果”可填：符合要求或不符合；					
在结果判定为合格时，准予出厂。					
碳基生命科技（广州）有限公司		检验人员	日期		2025.12.17
电话：020-31557420		复核人员	日期		2025.12.17
传真：020-31557420			日期		2025.12.17

