

## 出货检验报告单

|      |                                         |      |           |
|------|-----------------------------------------|------|-----------|
| 产品名称 | 疏水 PTFE 针头滤器, 0.45 $\mu$ m 孔径, 13 mm 直径 | 生产批次 | 348095290 |
| 货号   | E02A-0010                               | 孔径   | 0.45      |

### ISO 9001 质量体系

本产品的生产公司通过了 ISO9001 质量管理体系。

### 技术参数

|               |      |                         |        |
|---------------|------|-------------------------|--------|
| 膜材质           | PTFE | 有效面积 (cm <sup>2</sup> ) | 0.92   |
| 孔径 ( $\mu$ m) | 0.45 | 滞留体积 ( $\mu$ L)         | <10    |
| 润湿性           | 疏水   | 壳体材质                    | 聚丙烯    |
| 接口            | 鲁尔接口 | 预过滤                     | No     |
| 滤膜层数          | 1    | 泡点 (Mpa)                | > 0.06 |
| 耐压 (Mpa)      | 0.6  | 流速 (mL/min@0.07Mpa)     | > 15   |
| HPLC 溶出物检测    | 合格   | 标准颗粒截留率                 | 合格     |

用乙醇检测泡点和流速。

注: 在检验结论为合格时, 准予出厂。

检验者: 陈华丽 日期: 2026年09月30日

复核者: 石诗琦 日期: 2026年09月30日

