

## 出货检验报告单

品牌名称	碳基生命	产品名称	1250 $\mu$ L吸头, 袋装, 非无菌, 带刻度	货号	A02A-0007A
产品批号	MO2026010389	生产日期	2026/01/14	失效日期	2029/01/13

检验依据		WI-503049《吸头产品逐批检验操作规范》; WI-503037《内毒素检验规范》; WI-503027《核酸酶检验规范》;	
序号	检测项目	接受标准	检验结果
1	外观	产品表面不可有黑点、气泡、拉痕、破损、弯曲等异常缺陷。	符合要求
2	弯曲度	弯曲度符合企业标准要求。	符合要求
3	泄露和精准度	与移液枪配合良好, 无泄漏, 移液精准度符合要求。	符合要求
4	包装	包材、数量正确、包装完好。	符合要求
5	内毒素	内毒素 $\leq 0.125$ EU/mL	符合要求
6	核酸酶检验	产品应无DNA酶 ( $< 6.67 \times 10^{-3}$ U/ $\mu$ L)、RNA酶 ( $< 2.89 \times 10^{-7}$ U/ $\mu$ L)	符合要求
备注: 本次检测结果仅对客户所需当前批次负责。			
检验结论: <input checked="" type="checkbox"/> 合格 <input type="checkbox"/> 不合格			

注: 在检验结论为合格时, 准予出厂。

检验者: 陈华丽 日期: 2026年01月15日

复核者: 陈华丽 日期: 2026年01月15日

