

### 产品检验报告单

产品名称/规格	培养基方瓶/1000ml	货号	A03B-0008A	批号	03102026
生产日期	2026.03.10	有效期	2029.03.10	数量 (pcs)	128
检验项目	标 准 要 求				结 果
1	外观	表面光洁、透明、色泽均匀；不得有明显变形和擦痕			符合
		瓶口应光滑平整、无飞边、裂口			符合
		螺纹完整饱满，无压伤或缺口			符合
		刻度清晰，不得缺失刻度及数字			符合
		不得有明显气泡，气泡 $\leq 0.3\text{mm}$ ， $N \leq 3$			符合
		浇口残留 $\leq 0.5\text{mm}$ (瓶底毛刺不能刮手)			
不允许有 $\geq 0.3\text{mm}$ 的嵌入黑点、杂质			符合		
2	清洁度	无可移动的异物或可清除的油污			符合
3	尺寸	产品尺寸要求及允许公差符合图纸规定			符合
4	容量	容量刻度线偏差在标示值 $\pm 3\%$ 以内			符合
5	物理性能	瓶盖与瓶体配合顺畅，松紧适宜，拧紧后不滑牙或回旋			符合
		真空负压测试， $-0.06\text{MPa}$ 条件下，保压10min，不漏液			符合
		冷冻： $-80^{\circ}\text{C}$ 冰箱冷冻24h，取出室温解冻后， 结果；产品无裂纹、变形或漏液			符合
6	灭菌	辐照灭菌：灭菌见辐照证明			符合
7	*生物性能	无菌检测 (SAL $10^{-6}$ )：不得检出微生物			符合
		细菌内毒素 $\leq 0.05\text{EU/ml}$			符合
		DNase 和 RNase 不得检出			符合
8	包装	包装无破损，污染或者其他明显的外观缺陷；无漏装，混装或错装			符合
		标签印刷清晰，标签信息正确			符合
结果判定： 合格					
说明：“检查结果”可填：符合或不符合； 在结果判定为合格时，准予出厂。					
广州市番禺区钟村街汉兴东路10号1601		检验人员	陈尔丽	日期	2026.03.18
电话：020-31557420				复核人员	万有玲
传真：020-31557420					
http://based-life.com.cn/					

