

出货检验报告单

| PES 超滤离心管, 5KD 孔径, 4mL 内管容量 | 货号: E01B-0001 |
|-----------------------------|----------------------|
| | 批次: 340038181 |
| 项目 | 结果 |
| 膜材质 | PES |
| 有效过滤面积 (cm ²) | 3.5 |
| 容量 (mL) | 最大样品体积 4.5, 最大过滤体积 6 |
| 滞留量和锁止体积 | 不大于 20 μL, 50-100 μL |
| 运行温度和 pH 范围 | 0-40°C, 1-14 |
| 摆桶式转子和定角转子 (最大离心力) | 4000 g, 6000 g |
| 完整性测试 | 合格 |
| 细胞色素 C (0.25 mg/mL) 截留率 | >95% |
| 使用有效期 | 三年 |
| 产品结构示意图 | |



注: 在检验结论为合格时, 准予出厂。

检验者: 陈尔丽 日期: 2026年03月23日

复核者: 石高琦 日期: 2026年03月23日

