

出货检验报告单

PES 超滤离心管, 30KD 孔径, 4mL 内管容量	货号: E01B-0003 批次: 343030189
项目	结果
膜材质	PES
有效过滤面积 (cm ²)	3.5
容量 (mL)	最大样品体积 4.5, 最大过滤体积 6
滞留量和锁止体积	不大于 20 μL, 50-100 μL
运行温度和 pH 范围	0-40℃, 1-14
摆桶式转子和定角转子 (最大离心力)	4000 g, 6000 g
完整性测试	合格
牛血清白蛋白 (1mg/mL) 截留率	>95%
使用有效期	三年
产品结构示意图	



注: 在检验结论为合格时, 准予出厂。

检验者: 陈华丽 日期: 2026年03月23日

复核者: 万海琦 日期: 2026年03月23日

