

出货检验报告单

PES 超滤离心管, 100KD 孔径, 15mL 内管容量	货号: E01B-0010 批次: 346067086
项目	结果
膜材质	PES
有效过滤面积 (cm ²)	7.2
容量 (mL)	最大样品体积 15, 最大过滤体积 17
滞留量和锁止体积	不大于 30 μ L, 300 μ L
运行温度和 pH 范围	0-40 $^{\circ}$ C, 1-14
摆桶式转子和定角转子	3000 g, 3000 g
完整性测试	合格
免疫球蛋白 G (1mg/mL) 截留率	>90%
使用有效期	三年
产品结构示意图	

盖子



过滤器



离心管



注: 在检验结论为合格时, 准予出厂。

检验者: 陈华丽

日期: 2026年 06月 09日

复核者: 卢志琦

日期: 2026年 06月 09日

