

出货检验报告单

品牌名称	碳基生命	产品名称	50mL移液管，独立包装，焊接款	货号	A02C-011
产品批号	15026034	有效日期	2029.03.11	包装规格	25支/包，8包/箱

序号	检测项目	检验内容/检验依据	检验结果
1	外观	无杂质、毛边、缺损、无黑点、管体透明、计量刻度准确等	符合规定
2	尺寸	符合图纸规定	符合规定
3	印刷	印刷内容正确、清晰，无缺墨、重影。	符合规定
4	包装	数量正确，包装完好，包材正确。	符合规定
5	灭菌	辐照标签呈红色	符合规定
6	细菌内毒素检测	$\leq 0.1 \text{ EU/mL}$	符合规定
7	DNA酶检测	应无DNA酶	符合规定
8	RNA酶检测	应无RNA酶	符合规定
备注：本次检测结果仅对客户所需当前批次负责。			
检验结论： ☒ 合格 ☐ 不合格			

注：在检验结论为合格时，准予出厂。

检验者：陈华丽 日期：2026年04月10日
 复核者：石海瑞 日期：2026年04月10日