

产品检验报告单

产品名称/规格	移液管/25ml	货号	BLA02C0005	批号	04092026
生产日期	2026.04.09	有效期	2030.04.09	数量 (pcs)	8000
检验项目	标 准 要 求				结 果
1	外观	表面光洁, 平整不变形, 无明显黑点;			符合
		表面无明显划痕、料花、杂料、手印、碎屑和飞边;			符合
		管体均匀, 不得明显弯曲;			符合
		产品的焊接处无刺手毛刺, 无明显碎裂现象。			符合
2	印刷	印刷刻度清晰, 无明显缺印或油墨不均			符合
		滤芯位置正确, 无移动或脱落现象			符合
3	容量	容量刻度线误差控制在标称线的±3%以内			符合
4	清洁度	不得有可移动的异物或可擦掉的油污			符合
5	尺寸	主要尺寸符合图纸要求			符合
6	性能	管路通畅, 无堵塞和漏液现象			符合
7	纸塑包装	热封牢固, 无虚封 包装纸上印刷信息正确、清晰可辨			符合
8	灭菌	辐照灭菌: 灭菌见辐照证明			符合
9	生物性能	无菌检测 (SAL 10^{-6}): 不得检出微生物			符合
		细菌内毒素 ≤ 0.5 EU/ml			符合
		DNase 和 RNase 不得检出			符合
10	包装	包装无破损, 污染或者其他明显的外观缺陷; 无漏装, 混装或错装			符合
		标签印刷清晰, 标签信息正确			符合
结果判定: 合格					
说明: “检查结果”可填: 符合或不符合; 在结果判定为合格时, 准予出厂。					
碳基生命科技(广州)有限公司		检验人员		日期	
电话: 020-31557420		陈华丽			2026.06.23
传真: 020-31557420		复核人员		日期	
http://based-life.com.cn/		王玲琦			2026.06.23