

产品检验报告单

产品名称/规格	微量离心管/1.5ml	货号	BLA02E0002	批号	04162026					
生产日期	2026.04.16	有效期	2029.04.16	数量 (pcs)	25000					
检验项目	标准 要求				结果					
1	外观	表面光洁、色泽均匀, 无料花、砂眼、划痕、胶丝、拉毛, 无明显偏心;				符合				
		不允许有 $\geq 0.3\text{mm}$ 的嵌入黑点、杂质;				符合				
		产品表面无明显气泡, 气泡直径 $\leq 0.4\text{mm}$, $N \leq 2$, 飞边高度 $\leq 0.5\text{mm}$;				符合				
2	清洁度	可移动异物或可擦拭的杂质不接受				符合				
3	容量	容量在标称值 $\pm 3\%$ 以内				符合				
4	尺寸	尺寸要求及允许公差见图纸				符合				
5	物理性能	单手配合管盖和管体动作顺畅, 有清晰的合盖声音;				符合				
		真空负压测试, -0.03MPa 条件下, 保持 5min, 不漏液。				符合				
		离心试验: RCF20000xg, 离心 10min; 结果: 不漏液, 无裂纹、变形或破裂;				符合				
		水浴检测: 100°C , 水浴 5min, 不爆盖;				符合				
6	灭菌	辐照灭菌: 灭菌见辐照证明				符合				
7	* 生物性能	无菌检测 ($\text{SAL } 10^{-6}$): 不得检出微生物				符合				
		细菌内毒素 $\leq 0.05\text{EU/ml}$				符合				
		DNase 和 RNase 不得检出				符合				
8	包装	包装无破损, 污染或者其他明显的外观缺陷; 无漏装, 混装或错装				符合				
		标签印刷清晰, 标签信息正确				符合				
结果判定: 合格										
说明: “检查结果”可填: 符合或不符合; 在结果判定为合格时, 准予出厂。										
碳基生命科技(广州)有限公司		检验人员		日期						
电话: 020-31557420		复核人员		日期	2026.06.25					
传真: 020-31557420				日期	2026.06.25					
http://based-life.com.cn/										

