

## 产品检验报告单

|                                           |            |                                  |            |          |            |
|-------------------------------------------|------------|----------------------------------|------------|----------|------------|
| 产品名称/规格                                   | 移液管/10ml   | 货号                               | A02C-007   | 批号       | 04082026   |
| 生产日期                                      | 2026.04.08 | 有效期                              | 2030.04.08 | 数量 (pcs) | 12000      |
| 检验项目                                      | 标 准 要 求    |                                  |            |          | 结 果        |
| 1                                         | 外观         | 表面光洁, 平整不变形, 无明显黑点;              |            |          | 符合         |
|                                           |            | 表面无明显划痕、料花、杂料、手印、碎屑和飞边;          |            |          | 符合         |
|                                           |            | 管体均匀, 不得明显弯曲;                    |            |          | 符合         |
|                                           |            | 产品的焊接处无刺手毛刺, 无明显碎裂现象。            |            |          | 符合         |
| 2                                         | 印刷         | 印刷刻度清晰, 无明显缺印或油墨不均               |            |          | 符合         |
|                                           |            | 滤芯位置正确, 无移动或脱落现象                 |            |          | 符合         |
| 3                                         | 容量         | 容量刻度线误差控制在标称线的±3%以内              |            |          | 符合         |
| 4                                         | 清洁度        | 不得有可移动的异物或可擦掉的油污                 |            |          | 符合         |
| 5                                         | 尺寸         | 主要尺寸符合图纸要求                       |            |          | 符合         |
| 6                                         | 性能         | 管路通畅, 无堵塞和漏液现象                   |            |          | 符合         |
| 7                                         | 纸塑包装       | 热封牢固, 无虚封                        |            |          | 符合         |
|                                           |            | 包装纸上印刷信息正确、清晰可辨                  |            |          |            |
| 8                                         | 灭菌         | 辐照灭菌: 灭菌见辐照证明                    |            |          | 符合         |
| 9                                         | 生物性能       | 无菌检测 (SAL $10^{-6}$ ): 不得检出微生物   |            |          | 符合         |
|                                           |            | 细菌内毒素 $\leq 0.5\text{EU/ml}$     |            |          | 符合         |
|                                           |            | DNase 和 RNase 不得检出               |            |          | 符合         |
| 10                                        | 包装         | 包装无破损, 污染或者其他明显的外观缺陷; 无漏装, 混装或错装 |            |          | 符合         |
|                                           |            | 标签印刷清晰, 标签信息正确                   |            |          | 符合         |
| 结果判定: 合格                                  |            |                                  |            |          |            |
| 说明: “检查结果”可填: 符合或不符合;<br>在结果判定为合格时, 准予出厂。 |            |                                  |            |          |            |
| 碳基生物科技(广州)有限公司                            |            | 检验人员                             | 陈华雨        | 日期       | 2026.06.23 |
| 电话: 020-31557420                          |            | 复核人员                             | 万诗玲        | 日期       | 2026.06.23 |
| 传真: 020-31557420                          |            |                                  |            |          |            |
| http://based-life.com.cn/                 |            |                                  |            |          |            |