

辐照证书
CERTIFICATE OF IRRADIATION

证书编号 Certificate No.: 202604064

序号	产品名称 Product	产品货号 Stock NO.	产品批号 Lot No	数量 (箱) QTY (Carton)
1	细胞培养瓶	BLA01A0005	04082026	100
以下空白				

灭菌防水 (Sterilization method) : IS1020 电子束 (Electron Beam)

辐照加工批号 (Radiation Lot) : 20260411001

辐照日期 (Radiation Date) : 2026.04.11

顾客要求最小剂量 (Specified maximum dose) : 15 KGY

顾客要求最大剂量 (Specified minimum dose) : 40 KGY

碳基生命科技（广州）有限公司证明以上所列产品，已经通过本公司高能电子束辐照装置辐照，通过吸收剂量测量系统测量，其吸收剂如下 (Based life Technology (Guangzhou) Co.,Ltd certifies that products listed above have been radiated with electron beam and received the following doses, within the precision limit of the dosimetry system employed) :


产品实际最低吸收剂量 (Minimum absorbed dose) : 15.5 KGY

产品实际最高吸收剂量 (Maximum absorbed dose) : 21.7 KGY

剂量计名称: (Dosemeter Name) : B3WINdose 辐射变色薄膜剂量计

剂量计批号 (Dosemeter Lot No.) : L05202022-2

编制 (Editor) :



日期 (Date) : 2026.04.11

审核 (Reviewer) :

日期 (Date) : 2026.04.11